



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida**

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO TP Nº 002/2016**

RETIFICA OBJETO DE TOMADA DE  
PREÇOS Nº 02/2016

O MUNICÍPIO DE MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA, RS, informa aos interessados que retifica o Objeto da TP 02/2016 passando a vigorar o item **1. - DO OBJETO** a seguinte leitura:

**"1. A presente licitação objetiva a aquisição de uma autoclave hospitalar para esterilização com capacidade mínima de 101 Litros, com no mínimo 12 meses de garantia, instalada e testada conforme especificações abaixo:**

- Autoclave Horizontal, capacidade mínima de 101 litros, medindo internamente no mínimo 410 x 410 x 600 mm, própria para esterilização de materiais hospitalares, entre outros.

**GERADOR DE VAPOR: AE**

**AQUECIMENTO: E**

**PORTA: A**

**MODELO: VOLANTE CENTRAL**

**QUANTIDADE: 01**

**TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL**

**BLOQUEADOR DE ABERTURA: ELÉTRICO**

**ACIONAMENTO: NÃO APLICÁVEL**

**TIPO DE MOVIMENTO: NÃO APLICÁVEL**

**VOLTAGEM: D**

**Tensão de trabalho: 220 volts, trifásico, 60 Hz**

**COMANDO: E**

**CICLOS: H**

**PAINEL DE COMANDO: B**

**SENSOR DE TEMPERATURA: A**

**BOMBA DE VÁCUO: B**

**CAMARA: 5**

**GABINETE: A"**

Ficam mantidas todas as demais especificações.

Maximiliano de Almeida - RS, 23 de maio de 2016.

Celso Baldissera

Prefeito Municipal em Exercício